

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ -เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก
ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา	๑๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย

๕.๒ บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท เวลส์เนส เมดิคอล แคร่ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ

๖.๒ นายเรืองยศ วนานันต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ

๖.๓ นางกาญจนา คลั่งสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรืองยศ วนานันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาญจนา คลั่งสิน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง
หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑. ความต้องการ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบาโดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการใส่ท่อช่วยหายใจยาก เพื่อช่วยให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจอย่างถูกต้อง และไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจส่วนต้น

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ แบตเตอรี่เป็นชนิดแยกภายนอก สามารถถอดเปลี่ยนได้ และสามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้
- ๓.๒ สามารถต่อใช้งานได้โดยใช้ไฟจาก ลิเทียม แบตเตอรี่ ชนิด Rechargeable
- ๓.๓ สามารถ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์


๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ ชุดเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีกล้องแสดงภาพ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๒ จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๔.๓ จอภาพสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง
- ๔.๔ กล้องรับภาพมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า
- ๔.๕ ที่เบลดมีหลอดไฟ LED ประกอบสำเร็จ
- ๔.๖ เบลดมีหลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและสรีระผู้ป่วยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่
- ๔.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำ ระดับ IPX๗ หรือดีกว่า หรือเทียบเท่า
- ๔.๘ รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า หรือเท่ากับ ๓ ชั่วโมง

อุปกรณ์ประกอบ...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเรืองยศ วนานันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกาญจนา คลังสิน)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑	กระเป๋าสําหรับเก็บเครื่องมือ	จำนวน	๑	ใบ
๕.๒	เบลด	อย่างน้อย	๓	ชิ้น
๕.๓	แบตเตอรี่	จำนวน	๑	ก้อน
๕.๔	คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ	๒	เล่ม

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองช่างที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไว้บริการหลังการขาย
- ๖.๓ บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดทะเบียนจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์กับคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแสดงเอกสารประกอบและแนบใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์เข้ามาในราชอาณาจักรที่คณะกรรมการอาหารและยาออกให้บริษัทผู้เสนอราคามาให้คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาด้วย
- ๖.๔ รับประกันคุณภาพ อย่างน้อย ๒ ปี
- ๖.๕ มีการบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ๖.๖ บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการมีอะไหล่พร้อมบริการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๗ ถ้าระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์เกิน ๗ วัน ทางผู้เสนอราคาจะต้องนำเครื่องสำรองมาให้ใช้งานในระหว่างรอดำเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรืองยศ วนานันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาญจนา คลังสิน)